



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
Νάουσα, 592 00  
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου- Η. Θεοδοσιάδου  
Τηλέφωνο : 23323 50255  
e-mail : [promithies@gnaousas.gr](mailto:promithies@gnaousas.gr)

**ΠΡΟΣ**

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Καταγραφικού Holter για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

**ΣΧΕΤ :** α ) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»  
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 11/12/2023 και ώρα 11.00μμ** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ**

**Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	9429	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ GBI-3S ECG (BS6930)	2 τεμ	1.500€	33123210-3	3.000€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>3.000,00€</b>

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ GBI-3S ECG

Το καταγραφικό να είναι συμβατό με το υπάρχον πρόγραμμα ανάλυσης Holter GBI-3S-WIN TER

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , καινούργιο, στιβαρής κατασκευής με ειδική θήκη τοποθέτησης στον ασθενή
- Να διαθέτει δυο τρόπους δεδομένων USB cable & Flash Card Reader
- Να διαθέτει προγραμματιζόμενο ρυθμό δειγματοληψίας 256-1000 δείγματα /δευτ
- Να λειτουργεί με μια μόνο αλκαλική μπαταρία τύπου AAA
- Να είναι μικρό , εξαιρετικά ελαφρύ , με βάρος έως 60gr ( με την μπαταρία ) & διαστάσεων 76mm x 57 mm x 16mm
- Να διαθέτει στην οθόνη ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
- Να διαθέτει οθόνη για απεικόνιση & έλεγχο όλων των κυματομορφών και των ηλεκτροδίων του ΗΚΓ-φήματος πριν την έναρξη της καταγραφής για καλύτερη καταγραφή
- Να διαθέτει ανίχνευση παλμών βηματοδότη με πλάτος 0,25ms
- Να διαθέτει κομβίον event
- Να διαθέτει απόκριση συχνότητας από 0,05 – 100 Hz
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας (4) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για (10) χρόνια (επί ποινή αποκλεισμού )
- Να διαθέτει πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.(οδηγία 93/48/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα)για την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ( επί ποινή αποκλεισμού)
- Να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001: 2015 & ΔΥ8δ/1348 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (επί ποινή αποκλεισμού)