



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
Νάουσα, 592 00  
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου- Η. Θεοδοσιάδου  
Τηλέφωνο : 23323 50255  
ΦΑΞ : 23320 23422  
e-mail : [promithies@gnnaousas.gr](mailto:promithies@gnnaousas.gr)

**ΠΡΟΣ**

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Κουβερτών Θέρμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

**ΣΧΕΤ :** α ) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 01/10/2024 και ώρα 14 μ.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

**Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ**

**Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ |                    |  |          |              |            |                  |
|-----------------|--------------------|--|----------|--------------|------------|------------------|
| Α/Α             | ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΥΛΙΚΟ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | CPV        | ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| 1               | 1311               | <p><b>Κουβέρτες θέρμανσης με θερμό αέρα μιας χρήσης ενήλικων για διεγχειρητική χρήση άνω σώματος</b><br/> Διάστ:203cmX68cm<br/> Να είναι κατασκευασμένη από δύο στρώματα, φιλμ πολυαιθυλενίου στο εσωτερικό για την ενίσχυση της αντοχής και μη υφασμένο εξωτερικό στρώμα για την προστασία του σώματος του ασθενούς από ζεστά αντικείμενα που μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δέρμα.</p> | 24τεμ.   | 7,70€        | 33170000-2 | 184,80€          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |                    |  |          |              |            | <b>184.80€</b>   |

- Με πολλαπλές είσοδοι που επιτρέπουν την ευέλικτη τοποθέτηση της μονάδας θέρμανσης.
- Οι σχισμές στο στήθος και στο πόδι να προσφέρουν μεγαλύτερη πρόσβαση στον ασθενή ενώ διατηρούν τη θερμότητα.
- Να είναι ακτινοδιαπερατή.
- Να διαθέτει προηγμένη καπιτονέ κατασκευή με κυψελωτή συγκόλληση των στρωμάτων που βοηθά στη βελτίωση της κατανομής του αέρα, στην αποφυγή της αιώρησης πάνω από το σώμα του ασθενούς, αυξάνοντας την επαφή με αυτό για την μεγιστοποίηση ικανότητας θέρμανσης του σώματος του ασθενούς.
- Να είναι ανθεκτική στα υγρά, στο σκίσιμο και στο τρύπημα.
- Latex free

**Να είναι συμβατά με την συσκευή θέρμανσης ασθενών του μηχανήματος CALIMA TM που διαθέτει το Νοσοκομείο μας**