



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Νάουσα 07-04-2025
Αριθ. Πρωτ.: 4202

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Γυψοπρίονων & Λάμες αφαίρεσης γύψου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 10/04/2025 και ώρα 11:00 π.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	ΚΑΕ ΠΡΟΫ ΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟ Υ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	7127	Γυψοπριονα	2 TEM	640,00€	33192340-7	1.280,00€
2	1439	Λάμες γυψοπρίονου (μεγέθους από 50 εώς 80mm) κατάλληλοι για κοπή απλού & συνθετικού γύψου	20 TEM	20.00€	33141700-7	400,00€
ΣΥΝΟΛΟ						1.680,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΑ:

- 1) Το ηλεκτρικό πριόνι γύψου να είναι ιδανικό για την αφαίρεση γύψου απλού & συνθετικού,
- 2) Να διαθέτει πολλές στροφές (με δυνατότητα επιλογής της έντασης των στροφών), δυνατό μοτέρ και να είναι αθόρυβο στη λειτουργία του
- 3) Να διαθέτει σύστημα εξαερισμού που μειώνει την εισροή σκόνης μέσα στο μοτέρ , και μηχανισμό προστατευόμενο από σκόνη
- 4) Να διαθέτει προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας ταλαντώσεων και αυτοματοποιημένη ισχύ αντιστάθμισης
- 5) Να έχει στιβαρή κατασκευή με εργονομικό σχεδιασμό και μέγιστη απόδοση ακόμα και σε επιβαρυμένη χρήση
- 6) Να διαθέτει αυτόματη προστασία υπερφόρτωσης και το μοτέρ του να χρησιμοποιεί βεβαιασμένη κυκλοφορία ψυχρού αέρα
- 7) Να έχει μικρό βάρος ,εργονομικό χειρισμό και να μην χρειάζεται συντήρηση
- 8) Να διαθέτει συνεχή ρύθμιση έντασης στροφών
- 9) Να ζυγίζει μέχρι 1,5 kgr χωρίς καλώδιο
- 10) Να Παραδοθεί με δύο δίσκους 50 mm και 65 mm κατάλληλους για φυσικό και συνθετικό γύψο και τα απαραίτητα εργαλεία τοποθέτησης αυτών

Ειδικές Προδιαγραφές:

- 230 Volt, 50 κύκλους ή 110 Volt, 60 κύκλους
- 250 Watt
- 12000 - 24000 στροφές/λεπτό
- Καλώδιο ρεύματος 5 m
- Διπλή μόνωση καλωδίου
- Ταξινόμηση ασφάλειας II
- Type BF ΚΩΔ: 19363-01