



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα, 07/05/2025
Αριθ. Πρωτ.: 5150

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Ετήσιας Συντήρησης του Αναισθησιολογικού Μηχανήματος τύπου Leon Plus, (CPV 50400000-9) της Υγ. Μ. Μονάδα Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας.

**ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»**

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν **ΤΕΧΝΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** για την ανάθεση ετήσιας συντήρησης του Αναισθησιολογικού Μηχανήματος τύπου Leon Plus προϋπολογισμού **2.721.80€ (2.195,00€ χωρίς ΦΠΑ)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας. **Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).**

Εφόσον η υπηρεσία παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο τιμών (ΦΕΚ 777/Β'/04-06-2010) της Ε.Π.Υ. καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη δήλωση με την αναγραφόμενη τιμή. Η υπηρεσία δεν θα δεχτεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση.

Παρακαλούμε να καταθέσετε τις προσφορές σας στο email του Γραφείου Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας του Γ.Ν. Ημαθίας, έως την **12-05-2025 και ώρα 11:30 πμ.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΛΙΟΓΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ετήσια συντήρηση Αναισθησιολογικού Μηχανήματος τύπου Leon Plus προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 2.721.00€

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Ετήσιας Συντήρησης (ΣΕΣ) είναι η εργασία για τη συντήρηση και η εργασία για την αποκατάσταση βλαβών του παρακάτω ιατρικού μηχανήματος.

Leon plus με s/n: 0200010hul31910264

1. Η συντήρηση και οι επισκευές του μηχανήματος γίνεται από τεχνικούς της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ", ειδικά εκπαιδευμένους από τον κατασκευαστικό οίκο.
2. Η γενική συντήρηση του παραπάνω μηχανήματος θα γίνεται δύο (2) φορές το έτος. Η γενική συντήρηση περιλαμβάνει εργασίες ελέγχων, προληπτικής συντήρησης, έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας όπως επίσης και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτείται για τη διατήρηση τους σε άριστη λειτουργική κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστικών οίκων.
3. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που θα συμβούν πέραν από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης, η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών ή ακόμη και με προσωρινή αντικατάσταση του εξαρτήματος μέχρι της τελικής επισκευής, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής κλήσεως της.
4. Οι εργασίες συντήρησης κι επισκευών θα διενεργούνται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 16:00) στους χώρους του "ΠΕΛΑΤΗ" ή στα εργαστήρια της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ" κατά την κρίση των τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα προσυμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα του "ΠΕΛΑΤΗ" ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του "νεκρού" χρόνου των μηχανημάτων.
5. Η "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ" υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλάβης, να εκδίδει SERVICE REPORT (SR). Το SR αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό της "ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ" και από τον υπεύθυνο του "ΠΕΛΑΤΗ" στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του SR που προορίζεται για τον "ΠΕΛΑΤΗ".
6. Οποιοδήποτε απαραίτητο ανταλλακτικό απαιτηθεί για την αποκατάσταση βλάβης, τούτο θα αντικαθίσταται δωρεάν εκτός αναλωσίμων (υδατοπαγίδες, γραμμές δειγματοληψίας, κυκλώματα ασθενή).