



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.11.28
11:56:33 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΖΙ8469074-ΦΜΦ

Νάουσα 28/11/2025
Αριθ. Πρωτ.13507

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής
προσφορών για την προμήθεια Σετ Ενδοσκοπικών επεμβάσεων για τις ανάγκες του Γ.Ν.
Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να
υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της
εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν.
4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον
υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα
υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα, εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα
γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση
στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 03/12/2025 και ώρα 11.30π.μ** στο Γραφείο
Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

Ο ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΚΑΕ ΠΡΟΫ ΠΟΛ ΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	1311	Σετ Lap Hasson με τροκάρ κοπτικά Λαπαροσκοπικής Χολοκυστεκτομής που περιλαμβάνει: 1) Σύστημα τροκάρ τυφλού άκρου Hasson, ασφαλώς αυτοσυγκρατούμενο με μπαλόνι (χωρίς λατέξ) κάτω και κωνικό στεγανοποιητή γέλης (gel) στο ανώτερο τμήμα του κοιλιακού τοιχώματος. Ο στεγανοποιητής να είναι μετακινούμενος και να κλειδώνει σε θέσεις επιλογής. Να φέρει ενσωματωμένο μειωτήρα, διπλής βαλβίδας. Να έχει δύο θέσεις καθήλωσης ράμματος. Να είναι οπτικό, με ειδική θέση τοποθέτησης της οπτικής που εξασφαλίζει την εισαγωγή του τροκάρ υπό άμεση όραση. Να έχει διάμετρο 5/12mm με μήκος κάνουλας 100 mm τεμ 1. 2) Ένα τροκάρ με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και κοπτικό άκρο λόγχη σχήματος νυστεριού. Να διαθέτει αυτόματη ασπίδα προστασίας της λόγχης και ηχητική & οπτική ένδειξη τριών σταδίων της θέσης της ασπίδας κατά την εισαγωγή στην κοιλιακή κοιλότητα. Να έχει μηχανισμό οπλισμού, πλήρως αφαιρούμενο, διαμέτρου 5-11mm μήκους 100mm τεμ 1. 3) Ένα τροκάρ με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και κοπτικό άκρο λόγχη σχήματος νυστεριού. Να διαθέτει αυτόματη ασπίδα προστασίας της λόγχης και ηχητική & οπτική ένδειξη τριών σταδίων της θέσης της ασπίδας κατά την εισαγωγή στην κοιλιακή κοιλότητα. Να έχει μηχανισμό οπλισμού, πλήρως αφαιρούμενο, διαμέτρου 5mm μήκους 100mm τεμ 1. 4) Κάνουλα με ειδική σταθεροποίηση εναλλασσόμενης γωνίωσης στα τοιχώματα της διαμέτρου, διαμέτρου 5mm μήκους 100mm τεμ 1. 5) Ενδοσκοπική λαβίδα απολίνωσης αγγείων, μιας χρήσης, αυτόματη, διαμέτρου 5-10MM, να έχει μήκος 34εκ, να διαθέτει χαμηλού προφίλ σιαγώνες για καλύτερη ορατότητα κατά την καθήλωση των κλιπς. Να διαθέτει περιστροφή στυλεού 360ο, να είναι προφορτωμένο με 20 κλιπς τιτανίου μεγέθους μεσαίο/μεγάλο. Τα κλιπς να είναι ασφαλή με αντιολισθητική επιφάνεια. Να διαθέτει χρωματική ένδειξη των τριών τελευταίων κλιπς, καθώς και ένδειξη σύγκλισης των κλιπς. Να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης καθετήρα χολαγειογραφίας και να λειτουργεί σε δύο στάδια φόρτισης και πυροδότησης τεμ1.	6 τεμ	360,00€	33162000-3	2.160,00€
ΣΥΝΟΛΟ						2.160,00€