



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3<sup>Η</sup> Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of  
Digital  
Governance

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2026.03.02  
10:37:52 EET  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ12Φ469074-ΞΘΥ

Νάουσα, 02-03-2026  
Αριθμ. πρωτ. : 2524

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
Νάουσα, 592 00  
Πληροφορίες : Μ.Λογγιζίδου  
Τηλέφωνο : 23323 50255  
e-mail : [promithies@gnnaousas.gr](mailto:promithies@gnnaousas.gr)

ΠΡΟΣ

**ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.**  
[thessaloniki@mavrogenis.com](mailto:thessaloniki@mavrogenis.com)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ορθοπεδικού υλικού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

**ΣΧΕΤ :** α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α´147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»  
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α´36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 3 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail στο [grammateia@gnnaousas.gr](mailto:grammateia@gnnaousas.gr)** της Γραμματείας της Υγ. Μ. Νάουσας **έως την 05/03/2026 και ώρα 10:00 π. μ.**

**Ο  
ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΑΔΗΣ  
ΚΟΤΡΙΑΔΗΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	ΑΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	3230204000.01	<p>Σετ σπόγγου Αργύρου ( ελεύθερο σουλφαδιαζίνης ) συστήματος αρνητικής πίεσης: να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες αποστειρωμένη/ες διαφανή/είς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου.</p> <p><b>Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα.</b></p> <p><b>Όλα τα επιμέρους τμήματα ενός σετ να έχουν δική τους ξεχωριστή συσκευασία. Η κάθε συσκευασία να περιέχει σήμανση που περιλαμβάνει εμπορική επωνυμία και διεύθυνση των κατασκευαστών, εμπορικό κωδικό ή εμπορική ονομασία – περιγραφή προϊόντος, κωδικό παρτίδας, ένδειξη οριακής ασφαλούς ημερομηνίας χρήσης όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ αρ φύλλου αρ 2198 2/10/2009 (αρ ΔΥ8δ /Γ.Π. οικ. 130648)</b></p>				
		<p>Γ) Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης Large, 26 x 15 x 3,3cm</p>	8 TEM	143,00€	33140000-3	1.144,00€ (*13% ΦΠΑ)
2	3230204000.01	<p>Δοχείο Συλλογής κλειστού τύπου που να περιέχει ένα ή δύο ζελοποιητές που μετατρέπουν το εξίδρωμα σε τζελ και έναν ζελοποιητή από άνθρακα για την εξουδετέρωση των οσμών. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml και να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια</p>				

		<p>προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων/ επιδέσμων <b>(Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ) ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230 mmHg</li> <li>2. Δυνατότητα ελέγχου πίεσης στον πυθμένα του τραύματος</li> <li>3. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 3 μορφές λειτουργίας, συνεχόμενης, διαλείπουσας, εναλλασσόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης</li> <li>4. Δυνατότητα ηχητικών και οπτικών συναγερμών με διαφορετική χρωματική ένδειξη</li> <li>5. Ελαφριά με βάρος έως 750 γρ και φορητή για δυνατότητα μεταφοράς κατά τη χρήση από περιπατητικούς ασθενείς</li> <li>6. Λειτουργικό αντλίας στα ελληνικά με εύκολη πλοήγηση</li> <li>7. Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της αντλίας</li> <li>8. Ανεξαρτησία λειτουργίας της αντλίας από 12 έως 24 ώρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία</li> <li>9. Φίλτρο στην αντλία για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία</li> <li>10. Συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και τοποθέτησης στο κρεβάτι</li> <li>11. Να φέρει CE MARK</li> </ol>				
		B) Χωρητικότητας 1100 ml	<b>8 TEM</b>	<b>88,00 €</b>	<b>33140000-3</b>	<b>704,00 (24%ΦΠΑ)</b>
			<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%</b>		<b>1.144,00€ (*13%)</b>	<b>1.292,72€</b>
			<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>		<b>704,00 €(*24%)</b>	<b>872,96€</b>
			<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>		<b>1.848,00€</b>	
			<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 13%+24%</b>			<b>2.165,68€</b>