



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.05.22
09:58:09 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ6ΨΓ469074-ΩΒΧ

Νάουσα 22/05/2026
Αριθ. Πρωτ.: 6062

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Δέλλα Χριστίνα

Τηλέφωνο : 23323 50109-232
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

**BMG EQUIPMENT
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
info@bmg-equipment.gr**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Bi-Pap με Στοματορινική Μάσκα & Υγραντήρα για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με e-mail έως την 25/05/2026 και ώρα 10.00π.μ. στο grammateia@gnnaousas.gr

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	ΑΛΕ ΠΡΟΫΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	3120105 000.01	Bi-Pap με στοματορινική μάσκα & υγρανήρα	1 τεμ	1.000€	44611200-8	1.000€
ΣΥΝΟΛΟ						1.000 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να διαθέτει μη-επεμβατικό αερισμό Bi-level Positive Airway Pressure (BPAP) Θετική πίεση αεραγωγών δύο επιπέδων για ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια σε νοσοκομείο .
2. Να διαθέτει ρύθμιση χρόνων Ti Min / Ti Max εξασφαλίζοντας τον σωστό χρόνο εισπνοής βελτιώνοντας σημαντικά την θεραπεία.
3. Να διαθέτει Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο:
 - Tidal Volume (Vt),
 - Ρυθμός αναπνοής (Res Rate),
 - Λεπτό εξαερισμού (Min Vent),
 - Διαρροή (Leak)
4. Να διαθέτει Auto on / Auto off (Αυτόματη εκκίνηση - παύση λειτουργίας)
5. Να διαθέτει μοναδική για κάθε ασθενή ρύθμιση ευαισθησίας για άνετη θεραπεία.
6. Να διαθέτει γρήγορη και εύκολη λειτουργία
7. Να διαθέτει μοναδική για κάθε ασθενή ρύθμιση ευαισθησίας για άνετη θεραπεία.
8. Να διαθέτει Συναγερμός σε περίπτωση απότομης διακοπής ρεύματος
9. Να διαθέτει Λειτουργία συναγερμού όταν η μάσκα/σωλήνα είναι εκτός σύνδεσης
10. Να διαθέτει Αυτόματη προσαρμογή διαρροής και υψομέτρου
11. Να διαθέτει LCD οθόνη 3,5 ιντσών
12. Να διαθέτει Απεικόνιση κυματομορφών πίεσης και ροής αέρα σε πραγματικό χρόνο.
13. Να διαθέτει Κιτ μέτρησης οξυγόνου SpO2 με Δυνατότητα προβολής συγκέντρωσης οξυγόνου του αίματος και παλμών (Προαιρετικά)
14. Να διαθέτει υγρανήρα
15. Να διαθέτει τεχνολογία Eco Smart - Τεχνολογία θέρμανσης Eco Smart με το καινοτόμο σύστημα διπλού θαλάμου (θάλαμος αποθήκευσης και θάλαμος θέρμανσης). Να παρέχει στον ασθενή την βέλτιστη υγρασία και θερμοκρασία με ακριβή έλεγχο της ποσότητας νερού σε πραγματικό χρόνο.
16. Να προσφερθεί με μία στοματορινική μάσκα
17. Να διαθέτει τα δεδομένα να κωδικοποιούνται με QR κώδικα. Η εφαρμογή διατίθεται στο Google Play και το APP Store. Υψηλό ποσοστό αξιοπιστίας αναγνώσης δεδομένων έως και 100%. Υψηλή απόδοση και ταχύτητα ανάγνωσης.
18. Συλλογή δεδομένων με διάφορους τρόπους (SD Card/ iCode II/ WiFi)
19. Να έχει βάρος < 1,5 kg
20. Να λειτουργεί με τάσης τροφοδοσίας 100 – 240V AC, 50/60 Hz.
21. Να διαθέτει Προστασία έναντι ηλεκτρικού πλήγματος τύπου Class II
22. Να διαθέτει Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία Τύπου BF Applied part
23. Να διαθέτει Βαθμός προστασίας έναντι εισχώρησης υγρασίας IP22
24. Να διαθέτει Εύρος πίεσης 4 με 25cm hrA (σε διαστήματα των 0.5 hPa), <30hPa για CPAP λειτουργία, <30 hPa για τις λοιπές λειτουργίες
25. Να διαθέτει ρύθμιση ράμπας από 0 έως 60 λεπτά
26. Να διαθέτει επίπεδο θορύβου πίεσης <30 dB, όταν η συσκευή λειτουργεί σε πίεση 10 hPa
27. Να διαθέτει οδηγίες χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα
28. Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας (2) ετών και δυνατότητα service και ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια.
29. Να διαθέτει πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε (οδηγία 93/42/ΕΟΚ, όπως ισχύει σήμερα) για την υπό προμήθεια ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
30. Να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) & Βεβαίωση Συμμετοχής σε Εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ (σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Π.Δ 117/2004 και 15/2006).
31. Να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού πιστοποιητικά EN ISO 9001:2015 & EN ISO 13485:2016, του προμηθευτή καθώς και EN ISO 13485:2003 του κατασκευαστικού οίκου & Δ3(α)/4822/2025 του προμηθευτή με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
32. **ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ**