



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3<sup>Η</sup> Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of  
Digital  
Governance

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2026.06.16  
11:06:39 EEST  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΞΕΩ469074-NKT

Νάουσα 16/06/2026  
Αριθ. Πρωτ.: 7096

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
Νάουσα, 592 00  
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου  
Τηλέφωνο : 23323 5020232  
e-mail: [promithies@gnaousas.gr](mailto:promithies@gnaousas.gr)

**ΠΡΟΣ**

Medtronic Hellas Ιατρικά  
Μηχανήματα

25, Μαρούσι151, Αττική  
ΑΦΜ 094498111  
Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε.  
[tenders@medtronic.com](mailto:tenders@medtronic.com)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Κουβερτών Θέρμανσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.

**ΣΧΕΤ :** α ) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Γ. Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 18/06/2026 και ώρα 11.30 π.μ.** στο [grammateia@gnaousas.gr](mailto:grammateia@gnaousas.gr)

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ**

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ |                                   |  |          |                     |            |                     |
|-----------------|-----------------------------------|--|----------|---------------------|------------|---------------------|
| Α/Α             | ΑΛΕ<br>ΠΡΟΫ<br>ΠΟΛΟ<br>ΓΙΣΜ<br>ΟΥ | ΥΛΙΚΟ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔ<br>ΟΣ | CPV        | ΔΑΠΑΝΗ<br>ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| 1               | 32302<br>03000                    | Κουβέρτες θέρμανσης με θερμό αέρα μιας χρήσης ενήλικων για διεγχειρητική χρήση άνω σώματος Διάστ:203cmX68cm<br>Να είναι κατασκευασμένη από δύο στρώματα, φιλμ πολυαιθυλενίου στο εσωτερικό για την ενίσχυση της αντοχής και μη υφασμένο εξωτερικό στρώμα για την προστασία του σώματος του ασθενούς από ζεστά αντικείμενα που μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δέρμα.  | 48τεμ.   | 7,70€               | 33170000-2 | 369,60€             |
| 2               | 32302<br>03000                    | Κουβέρτες θέρμανσης με θερμό αέρα μιας χρήσης ενήλικων ολόσωμη πολλαπλών προσβάσεων για μετεγχειρητική χρήση στην ανάνηψη:<br>Διάστ:110cmX213cm. Να είναι κατασκευασμένη από δύο στρώματα, φιλμ πολυαιθυλενίου στο εσωτερικό για την ενίσχυση της αντοχής και μη υφασμένο εξωτερικό στρώμα για την προστασία του σώματος του ασθενούς από ζεστά αντικείμενα που μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Με λαιμόκοψη και πτερύγια ώμου, έτσι ώστε η κουβέρτα να μπορεί να μπαίνει εύκολα κάτω από τους ώμους του ασθενούς. | 20τεμ    | 7,00€               | 33170000-2 | 140,00€             |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   |                                   |  |          |                     |            | <b>509,60€</b>      |

- Με πολλαπλές εισοδοί που επιτρέπουν την ευέλικτη τοποθέτηση της μονάδας θέρμανσης.
- Οι σχισμές στο στήθος και στο πόδι να προσφέρουν μεγαλύτερη πρόσβαση στον ασθενή ενώ διατηρούν τη θερμότητα.
- Να είναι ακτινοδιαπερατή.
- Να διαθέτει προηγμένη καπιτονέ κατασκευή με κυψελωτή συγκόλληση των στρωμάτων που βοηθά στη βελτίωση της κατανομής του αέρα, στην αποφυγή της αιώρησης πάνω από το σώμα του ασθενούς, αυξάνοντας την επαφή με αυτό για την μεγιστοποίηση ικανότητας θέρμανσης του σώματος του ασθενούς.
- Να είναι ανθεκτική στα υγρά, στο σκίσιμο και στο τρίπημα.
- Latex free

**Να είναι συμβατά με την συσκευή θέρμανσης ασθενών του μηχανήματος ΑΕΡΑ CALIMA TM που διαθέτει το Νοσοκομείο μας**