



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3<sup>Η</sup> Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of  
Digital  
Governance

Digitally signed by Ministry  
of Digital Governance  
Date: 2026.06.18  
08:42:36 EEST  
Reason:  
Location: Athens

ΑΔΑ: 9ΔΦΤ469074-ΝΚΗ

Νάουσα 18/06/2026  
Αριθ. Πρωτ.: 7207

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
Νάουσα, 592 00  
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου  
Τηλέφωνο : 23323 50255-50232  
e-mail : [grammateia@gnaousas.gr](mailto:grammateia@gnaousas.gr)

**ΠΡΟΣ**

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια **ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ** για τις ανάγκες του Γ.Ν. Νάουσας

**ΣΧΕΤ :** α ) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»  
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ.Ν Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 22/06/2026 και ώρα 11.30 π.μ.** στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [grammateia@gnaousas.gr](mailto:grammateia@gnaousas.gr)

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	ΑΛΕ ΠΡΟΪ ΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟ Υ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	32302 03000	Ρολά αποστείρωσης, μιας χρήσης, θερμοσυγκολλούμενα, επίπεδα, μήκους 70m, με έναν χημικό δείκτη αποστείρωσης, κατάλληλες για αποστείρωση σε κλιβάνους Plasma (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ). Οι χημικοί δείκτες είναι μη τοξικοί, δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα και αλλάζουν χρώμα από κόκκινο σε κίτρινο. Δεν περιέχουν ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Τα ρολά είναι κατασκευασμένα από μία πλευρά από ιατρικού τύπου χαρτί Tyvek υψηλής χημικής καθαρότητας, λευκού χρώματος και μια πλευρά από διάφανο πλαστικό φιλμ συνολικού βάρους >90 gr/m <sup>2</sup> . <b>70mm X100mm</b>	3 τεμ	19,98€	33198200-6	59,94€
2	32302 03000	Ρολά αποστείρωσης, μιας χρήσης, θερμοσυγκολλούμενα, επίπεδα, μήκους 70m, με έναν χημικό δείκτη αποστείρωσης, κατάλληλες για αποστείρωση σε κλιβάνους Plasma (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ). Οι χημικοί δείκτες είναι μη τοξικοί, δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα και αλλάζουν χρώμα από κόκκινο σε κίτρινο. Δεν περιέχουν ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Τα ρολά είναι κατασκευασμένα από μία πλευρά από ιατρικού τύπου χαρτί Tyvek υψηλής χημικής καθαρότητας, λευκού χρώματος και μια πλευρά από διάφανο πλαστικό φιλμ συνολικού βάρους >90 gr/m <sup>2</sup> . <b>70mm X200mm</b>	3 τεμ	37,82€	33198200-6	113,46€
3	32302 03000	Ρολά αποστείρωσης, μιας χρήσης, θερμοσυγκολλούμενα, επίπεδα, μήκους 70m, με έναν χημικό δείκτη αποστείρωσης, κατάλληλες για αποστείρωση σε κλιβάνους Plasma (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ). Οι χημικοί δείκτες είναι μη τοξικοί, δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα και αλλάζουν χρώμα από κόκκινο σε κίτρινο. Δεν περιέχουν ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Τα ρολά είναι κατασκευασμένα από μία πλευρά από ιατρικού τύπου χαρτί Tyvek υψηλής χημικής καθαρότητας, λευκού χρώματος και μια πλευρά από διάφανο πλαστικό φιλμ συνολικού βάρους >90 gr/m <sup>2</sup> . <b>70mm X350mm</b>	3 τεμ	92,30€	33198200-6	276,90€
4	32302 03000	Σωλήνας εμφύσησης CO <sub>2</sub> με φίλτρο, το οποίο είναι υδροφοβικό και από τις δύο πλευρές, μιας χρήσης, με δυνατότητα ροής αερίου έως 50 ml/min,	10 τεμ	18,00€	33168000-5	180,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>630,30€</b>

