



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.08.07
13:11:31 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΑΜΠ469074-ΗΞΨ

Νάουσα 07/08/2026
Αριθ. Πρωτ.: 9137

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διεύθυνση : Διοικητικού
Τμήμα : Οικονομικού
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Αθανασία Κρανιώτη
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
p.magos@cpogroup.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αποστειρωμένου kit μ.χ. κατάλληλου για τη συλλογή, μεταφορά, φυγοκεντρική επεξεργασία και τελική λήψη αυτόλογου βιολογικού υλικού για τις ανάγκες του Γεν. Νοσοκομείου Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»
γ) το με αρ.πρωτ 9129/6/8/2026 αίτημα της Ορθοπαιδικής Κλινικής

Το Γεν. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με e-mail έως την Τρίτη 11/08/2026 και ώρα 10.00π.μ. στο grammateia@gnnaousas.gr

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ						
A/A	ΑΛΕ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	3230203	Αποστειρωμένο kit μίας χρήσης, κλειστού συστήματος, κατάλληλου για τη συλλογή, μεταφορά, φυγοκεντρική επεξεργασία και τελική λήψη αυτόλογου βιολογικού υλικού υπό άσηπτες συνθήκες, προς χρήση σε ιατρικές εφαρμογές	5	300,00	85111810-1	1500,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προσφερόμενο kit θα πρέπει:

1. Να αποτελεί κλειστό σύστημα αποστειρωμένων συρίγγων μίας χρήσης, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος επιμόλυνσης του υπό επεξεργασία βιολογικού υλικού.
2. Να είναι κατάλληλο για τη συλλογή και επεξεργασία διαφορετικών αρχικών όγκων βιολογικού υλικού και ειδικότερα να παρέχει τη δυνατότητα επιλογής επεξεργασίας όγκου 30 ml, 60 ml ή 90 ml, ανάλογα με τις ανάγκες του περιστατικού.
3. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί με αντιπηκτικό διάλυμα ACD-A, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο χρήσης του κατασκευαστή.
4. Να επιτρέπει τη φυγοκεντρική επεξεργασία και τον διαχωρισμό των επιθυμητών συστατικών του αυτόλογου βιολογικού υλικού, χωρίς να απαιτείται άνοιγμα ή μεταφορά του υλικού σε μη αποστειρωμένα δοχεία κατά τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας.
5. Να περιλαμβάνει τις απαραίτητες σύριγγες, συνδέσεις και πώματα ασφαλείας τύπου Luer ή αντίστοιχου τύπου, που απαιτούνται για τη συλλογή, την επεξεργασία και την τελική άσηπτη μεταφορά του παραγόμενου αυτόλογου βιολογικού υλικού.
6. Η τελική συλλογή του επεξεργασμένου βιολογικού υλικού να πραγματοποιείται απευθείας σε αποστειρωμένη σύριγγα, κατάλληλη για την ασφαλή μεταφορά και την περαιτέρω κλινική χρήση του.
7. Να συνοδεύεται από σαφείς και εγκεκριμένες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή, στις οποίες να περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία συλλογής, οι επιτρεπόμενοι αρχικοί όγκοι, η χρήση αντιπηκτικού ACD-A, οι παράμετροι φυγοκέντρωσης και η διαδικασία τελικής συλλογής.
8. Να διαθέτει σήμανση CE και να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
9. Να παραδίδεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, με εμφανή αναγραφή του αριθμού παρτίδας, της ημερομηνίας λήξης και της μεθόδου αποστείρωσης.
10. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει και να παρέχει, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, την κατάλληλη και συμβατή φυγόκεντρο, μαζί με τους απαιτούμενους υποδοχείς, προσαρμογείς και αντίβαρα, για την ασφαλή και ορθή εφαρμογή του πρωτοκόλλου επεξεργασίας.
11. Η φυγόκεντρος να είναι ειδικά προβλεπόμενη ή πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή του kit για τη συγκεκριμένη χρήση και να διαθέτει τις απαιτούμενες προκαθορισμένες ή ρυθμιζόμενες παραμέτρους φυγοκέντρωσης.
12. Η προμηθεύτρια εταιρεία να αναλαμβάνει την εγκατάσταση, την επίδειξη λειτουργίας και την αρχική εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση του συστήματος και της φυγοκέντρου.
13. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη και άμεση αντικατάσταση της φυγοκέντρου σε περίπτωση βλάβης, για όσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η προμήθεια των αντίστοιχων αναλωσίμων. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις ή να είναι τεχνικά και λειτουργικά ισοδύναμο, όπως θα αποδεικνύεται από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια και τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.