



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.09.16
14:21:22 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ρ7ΒΑ469074-59Ρ

Νάουσα 16/09 /2026
Αριθ. Πρωτ.: 10453

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Κ. Πολιτίδου
Τηλέφωνο : 23323 50232
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

SANTAIR A.E
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 Τ.Κ. 172 35 ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ 21097 14 444
ΑΦΜ 094497279 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
email : info@santair.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Αισθητήρα Μέτρησης Βάθους Αναισθησίας για τις ανάγκες του Γ.Ν. Νάουσας

**ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»**

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με e-mail έως την **21/09/2026 και ώρα 10:30 π.μ.** στο grammateia@gnnaousas.gr

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ

Α/Α	ΑΛΕ ΠΡΟΫΠ ΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	CPV	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	323020 3000	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 1. Να αποτυπώνει 4 κανάλια ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος ταυτόχρονα. 2. Ο αισθητήρας να καλύπτει και τα 2 ημισφαίρια του εγκεφάλου και στην οθόνη να απεικονίζεται σε απόλυτη τιμή το βάθος ύπνωσης και των δύο ημισφαιρίων συνολικά. 3. Ο αισθητήρας να χρησιμοποιεί 6 ηλεκτρόδια για τη λήψη ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και ηλεκτρομυογραφήματος. 4. Να έχει χρόνο απόκρισης 1.25 δευτερόλεπτα. 5. Να απεικονίζει κυματομορφή παρελθόντος χρόνου (trend) της τιμής βάθους ύπνωσης διάρκειας 96 ωρών περίπου. 6. Η ισχύς του σήματος του λαμβανόμενου ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος να απεικονίζεται σε χρωματικά κωδικοποιημένο φασματογράφημα συχνοτήτων, ώστε να διευκολύνεται ο άμεσος εντοπισμός του επιπέδου καταστολής κάθε ημισφαιρίου ξεχωριστά. 7. Να απεικονίζει τη συχνότητα εγκεφαλογραφήματος για κάθε ημισφαίριο ξεχωριστά. 8. Να ελαχιστοποιείται η απώλεια σήματος κατά τη χρήση διαθερμίας και να διαθέτει δείκτη θορύβου, ο οποίος και να απεικονίζεται. 9. Να διαθέτει ένδειξη σωστής εφαρμογής του κάθε ηλεκτροδίου ξεχωριστά, για επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης του αισθητήρα. 10. Να απεικονίζεται δείκτης καταστολής της ηλεκτρικής δραστηριότητας του μετωπιαίου και προμετωπιαίου φλοιού του εγκεφάλου.	20τεμ	35125100-7	26,00€	520,00€
					ΣΥΝΟΛΟ	520,00€