Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.17 12:44:25 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Νάουσα 17 /11/2026
Αριθ. Πρωτ.:13197

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3
:Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Πολιτίδου

Τηλέφωνο : 23323 50232
e-mail : grammateia@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

"ORTHOPOINT"
ΤΑΠΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ –ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 5 – ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΚ 60134
ΑΦΜ168997860
ΤΗΛ. 2351022770 (6973552510)
Mail: dimitris.tapras@hotmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτροχειρουργικού Στυλεού Με Αναρρόφηση Καπνού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 18/11/2026 και ώρα 11.00 π.μ.** στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grammateia@gnnaousas.gr

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	**ΑΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΥΛΙΚΟ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**	**CPV**	**ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**
1	3230203000	**Ηλεκτροχειρουργικού Στυλεός με Αναρρόφηση Καπνού** Ο στυλεός ναδιαθέτει 1. Ειδικό εργονομικό σχήμα για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χειρουργού. 2. Ο υπό προμήθεια στυλεός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χειρουργό σε 10 θέσεις συγκράτησης. 3. Το καλώδιο για την σύνδεσή του με την διαθερμία είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στον σωλήνα αναρρόφησης καπνού. 4. Διαθέτει μεγάλα κομβία ενεργοποίησης για ευκολία χρήσης. 5. Διαθέτει λαβή ασφαλείας για άνεση και έλεγχο. 6. Διαθέτει διάφανο στόμιο αναρρόφησης καπνού που να περικλείει το ηλεκτρόδιο για μέγιστη αναρρόφηση του καπνού χωρίς να περιορίζει την ορατότητα στο χειρουργικό πεδίο. 7. Είναι ικανό να αναρροφά τον καπνό στο σημείο που δημιουργείται. 8. Τα κομβία διαθέτουν χρωματικό κώδικα και απτή ένδειξη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας της διαθερμίας. 9. Διαθέτει ενσωματωμένο κοννεκτορα που περιστρέφεται ελεύθερα κατά 360 μοίρες, για να μειώνει ακόμα περισσότερο την ροπή στον στυλεό. 10. Έχει δυνατότητα επεκτάσεων για ηλεκτρόδια 10 και 15 εκατοστών. 11. Προσφέρεται πλήρες, χωρίς να απαιτείται συναρμολόγηση. 12. Διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρόδιο με επικάλυψη αντικολλητικού υλικού PTFE για την μείωση της δημιουργίας εσχάρας, αλλά και θήκη.	15τεμ	73,00€	33162000-3	1095,00€
					ΣΥΝΟΛΟ	**1095,00€**