Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.24 12:43:51 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα 24-11-2026
Αριθ. Πρωτ.: 13507

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3, Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Χ. Δέλλα
Τηλέφωνο : 23323 50109
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Τροχήλατης Αναρρόφησης Ρεύματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 30/11/2026 και ώρα 11:00 π.μ.** στο

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	**ΑΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΥΛΙΚΟ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**	**CPV**	**ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**
1	3120489000.01	**ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ**	1 τεμ	500,00 €	38434540-3	500,00€
					ΣΥΝΟΛΟ	**500,00 €**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η συσκευή να είναι ηλεκτροκίνητη κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση και συνεχή λειτουργία με τροφοδοσία 230v/50Hz, μέγιστη αρνητική πίεση τουλάχιστον 0.8bar και παροχή αναρρόφησης τουλάχιστον 30-40L/min. Να διαθέτει αθόρυβη λειτουργία εύκολα ρυθμιζόμενη πίεση αναρρόφησης μέσω μανόμετρού και ρυθμιστή κενού, δοχείο συλλογής εκκρίσεων χωρητικότητας τουλάχιστον 2 λίτρων από άθραυστο αποστειρωμένο υλικό, σύστημα προστασίας υπερχείλισης και αντιβακτηριακό / υδρόφοβο φίλτρο για την προστασία της αντλίας. Να είναι εύκολη στην μεταφορά με λαβή και τροχήλατη βάση.