Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.24 13:32:59 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα 24-11-2026
Αριθ. Πρωτ.: 13522

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3, Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Χ. Δέλλα
Τηλέφωνο : 23323 50109
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια Επιτοίχιου Μόνιτορ Ζωτικών Οργάνων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 30/11/2026 και ώρα 11:30 π.μ.** στο

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	**ΑΛΕ ΠΡΟΫ ΠΟΛ ΟΓΙΣ ΜΟΥ**	**ΥΛΙΚΟ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**	**CPV**	**ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**
1	3120010400 0.01	**ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**	1 τεμ	2.000 €	33195000-3	2.000€
					ΣΥΝΟΛΟ	**2.000,00 €**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΘΟΝΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ : Έγχρωμη οθόνη αφής τεχνολογίας TFT LCD με διάσταση 15-19-ιντσων ως πρακτικός στόχος για ατομικό μόνιτορ και καλή ορατότητα από το κρεβάτι του ασθενούς και την είσοδο του θαλάμου.
ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ: Ταυτόχρονη απεικόνιση από 7 έως 12 κυματομορφών.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : περίβλημα με αδιαβροχοποίηση επιπέδου IPX1 για προστασία από κάθετες σταγόνες και υγρά.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (Fan – less): Αποτρέπει την διασταυρούμενη επιμόλυνση σε αποστειρωμένους χώρους (π.χ. χειρουργεία) και εξασφαλίζει αθόρυβη λειτουργία.
Εργονομικός βραχίονας με δυνατότητα περιστροφής και ρύθμιση ύψους.

ΒΑΣΙΚΕΣ & ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. **Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG)**
   - Δυνατότητα επιλογής 3,5 ή 12 απαγωγών
   - Συνεχής απεικόνιση καρδιακού ρυθμού και συχνότητας HR
   - Ανάλυση και παρακολούθηση ST και QT/QTC
   - Αυτόματη αναγνώριση AF, VT,VF
2. **Οξυμετρία (SpO2) :** Κορεσμός οξυγόνου
3. **Αναίμακτη Πίεση (NIBP) :** Λειτουργία χειροκίνητης, αυτόματης (σε προγραμματισμένα μεσοδιαστήματα) ή συνεχούς μέτρησης ταχείας ροής.
4. **Αναπνευστική συχνότητα (RR)**
5. **Θερμοκρασία**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- **Μνήμη & Τάσεις :** Αποθήκευση δεδομένων και συμβάντων και αναδρομική ανασκόπηση ECG
- **Δικτύωση :** Υποστήριξη ενσύρματης (RJ45) και ασύρματης (Wi-Fi) σύνδεσης με το Κεντρικό Σταθμό Παρακολούθησης του Νοσοκομείου
- Πλήρης συμβατότητα για εξαγωγή και αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων με τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου.
- Μεταφορά κυματομορφών και συναγερμών σε πραγματικό χρόνο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

- **Τροφοδοσία** : AC 100 – 240 240V 50/60Hz
- **Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία** : Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου (Li-ion) που προσφέρει αυτονομία από 2 έως 8 ώρες συνεχούς λειτουργίας (ανάλογα με το μοντέλο και την χρήση) εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή κατά την μεταφορά.