Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.25 09:14:36 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα 25-11-2026
Αριθ. Πρωτ.: 13549

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3, Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Χ. Δέλλα
Τηλέφωνο : 23323 50109
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Φορητού Οξύμετρου RAD-G για τις ανάγκες του Τμήματος της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 30/11/2026 και ώρα 10:30 π.μ.** στο

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	**ΑΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΥΛΙΚΟ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**	**CPV**	**ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**
1	3120105000.01	**ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ RAD-G**	1 τεμ	650,00 €	33182100-0	650,00€
					ΣΥΝΟΛΟ	**650,00 €**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΡΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : Φορητή, ελαφριά και εργονομική συσκευή κατάλληλη για συνεχή παρακολούθηση (monitoring) και δειγματοληπτικό έλεγχο (spot-check) οξυγόνου (Sp O2) και καρδιακών παλμών (PR)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Να διαθέτει προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας σήματος για ακριβείς μετρήσεις ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής αιμάτωσης (low perfusion) ή έντονης κίνησης του ασθενούς (motion artifact)

ΕΥΡΟΣ & ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :
- Κορεσμός (SpO2) : Εύρος τουλάχιστον (70%-100%) με ακρίβεια +/- 2%
- Καρδιακός ρυθμός :Εύρος τουλάχιστον (30 – 240 bpm) με ακρίβεια +/- 2 bpm

ΟΘΟΝΗ : Ευκρινής , έγχρωμη οθόνη (LCD ή OLED) με ψηφιακές ενδείξεις SpO2 καρδιακών παλμών δείκτη αιμάτωσης (PI) και εμφάνιση πληθυσμογραφήματος (κύματος παλμού)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ : Οπτικοακουστικοί συναγερμοί (alarms) με δυνατότητα ρύθμισης ορίων (υψηλών / χαμηλών) για το SpO2 και τους παλμούς καθώς ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας ή αποσύνδεσης αισθητήρα

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία μεγάλης αυτονομίας (τουλάχιστον 10-12 ώρες συνεχούς λειτουργίας) και δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο 220V/50Hz για φόρτιση και ταυτόχρονη λειτουργία

ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ :
- 1 επαναχρησιμοποιούμενο αισθητήρα σιλικόνης / soft τύπου clip για παιδιά
- 1 επαναχρησιμοποιούμενο αισθητήρα (τύπου wrap ή multi – site) κατάλληλο για νεογνά & βρέφη
- Προστατευτική θήκη σιλικόνης για προστασία από πτώσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ : Η συσκευή πρέπει να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν (Medical Device) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (MDR 2017/745)

ΕΓΓΥΗΣΗ & SUPPORT : Ελάχιστη εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών. Δέσμευση του προμηθευτή για παροχή ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης (service) για τουλάχιστον 7-10 έτη**.**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ : Να παραδοθούν εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα**.**