Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.25 10:49:38 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα 25-11-2026
Αριθ. Πρωτ.: 13551

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3, Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Χ. Δέλλα
Τηλέφωνο : 23323 50109
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Χειρουργικής Αναρρόφησης & Χειρουργικά Εργαλεία για τις ανάγκες της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 30/11/2026 και ώρα 10:30 π.μ.** στο

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	**ΑΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**	**ΥΛΙΚΟ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**	**CPV**	**ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**
1	3120104000.01	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	1 ΤΕΜ	1.300 €	33162100-4	1.300€
	3120105000.01	ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΤΖΕΝΒΑΟΜ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥ 11,5CM HB 1888	1 ΤΕΜ	30.00€	33162200-5	30.00€
	3120105000.01	ΛΑΒΙΔΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΡΜΙΝΘΟΥ ΚΥΡΤΗ 10,5 CM	1 ΤΕΜ	30.00€	33162200-5	30.00€
					ΣΥΝΟΛΟ	**1.360.00 €**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να είναι τροχήλατη για την εύκολη μεταφορά της
- Να έχει διακόπτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ,να φέρει κομβίο για την ρύθμιση της ισχύος καθώς και όργανο (μανόμετρο) για την ένδειξη του κενού.
- Να έχει δύο φιάλες άθραυστες των 2 lit ή 5 lit η κάθε μια και να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο
- Οι σωληνώσεις και το ρύγχος να είναι από σιλικόνη και να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο
- Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερχείλιση
- Το περίβλημα της αναρρόφησης είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό
- Να διαθέτει αντλία με πιστόνια νέου τύπου χωρίς ιμάντες
- Να διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο
- Να μπορεί να λειτουργήσει και με σακούλες μιας χρήσης χωρίς καμία απολύτως μετατροπή (καθώς τα αίματα θα γίνονται καταστροφή βάση νομοθεσίας)η εταιρία που θα προμηθεύσει την συσκευή να έχει και τα ανάλογα σακουλάκια μ.χ. για λόγους συμβατότητας
- Να μπορεί η συσκευή να λειτουργεί και μέσω ποδοδιακόπτη ON-OFF, να λειτουργεί με το ρεύμα πόλης 220v
- Στην συσκευασία θα προσφέρονται και τα ανάλογα λάστιχα εάν και εφόσον χρειάζεται ως έξτρα προσθήκη
- Να πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και κατευθυντήριες οδηγίες (CE-0470, ISO-9002)
- Να παραδίδεται πλήρης με κατατοπιστικά εγχειρίδια έτοιμη για χρήση
- Να έχει εγγύηση 2 έτη