Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.25 13:16:46 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3, Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Χριστίνα Δέλλα

Τηλέφωνο : 23323 50109
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

Νάουσα 25-11-2026
Αριθ. Πρωτ.: 13582

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Συσκευής Θέρμανσης Αίματος – Υγρών για τις ανάγκες της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γ.Ν. Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 30/11/2026 και ώρα 11:00 π.μ.** στο

Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
Α/Α	**ΑΛΕ ΠΡΟΫ ΠΟΛ ΟΓΙΣ ΜΟΥ**	**ΥΛΙΚΟ**	**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**	**ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ**	**CPV**	**ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ**
1	31201 04000 .01	**ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΥΓΡΩΝ**	1 τεμ	1.900 €	33186200-9	1.900,00€
					ΣΥΝΟΛΟ	**1.900,00 €**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συσκευή Θέρμανσης αίματος FT1800

Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για **θέρμανση** & έγχυση φαρμάκων, αίματος, ορών, παραγώγων αίματος, η όλη διαδικασία έγχυσης ελέγχεται οπτικά από τον χρήστη.

Η χορήγησή τους να επιτυγχάνεται **μέσω** ροής KVO (διατήρηση ανοιχτής φλέβας) και ρυθμό από 16 έως 100 ml/Aen'ré;

Στους συγκεκριμένους ρυθμούς ροής, οι συσκευές να διατηρούν τις Θερμοκρασίες εξόδου των υγρών που κυμαίνονται από 33°C έως 42°C.

(Σημείωση: Οι θερμοκρασίες εξόδου να εξαρτώνται από τις Θερμοκρασίες εισόδου των υγρών και τον ρυθμό ροής).

Ο χρόνος Θέρμανσης που απαιτείται να είναι λιγότερο από 2 λεπτά μέχρι την απαιτούμενη Θερμοκρασία από τον χρήστη (συνήθως στους 41°C).

Να τοποθετείται σε ορθοστάτη ενδοφλέβιας έγχυσης (στατό ορών)

Να έχει μικρό όγκο και βάρος και διαθέτει διακόπτες αφής για εύκολο καθαρισμό και ευκολία στη χρήση.

Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη (LCD) απεικόνισης της πραγματικής από την συσκευή θερμοκρασίας όσο και της επιθυμητής (προκαθορισμένης) Θερμοκρασίας από το χρήστη καθώς και τον χρόνο.

Η συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης (>42C) να διαθέτει οπτικοακουστικά συστήματα συναγερμού καθώς αντίστοιχα σε περίπτωση υποθερμίας (<32°C).

Η συσκευή να λειτουργεί στο εύρος θερμοκρασίας 33 έως 41 C

Οι συσκευές αυτές να εξασφαλίζουν αποτελεσματική μεταφορά της θερμότητας προς τον ασθενή χωρίς καμία απώλεια από το εξωτερικό περιβάλλον μέχρι το σημείο σύνδεσης.

Να έχει την δυνατότητα χρήσης σε νεογνά και παιδιά.

Να έχει την δυνατότητα χρήσης σε παρεντερικά διαλύματα αλλά και μεταγγίσεις αίματος. Να είναι συμβατό με σωλήνες πλαστικούς 3.5 - 5.0 mm και μήκος έως 1400 mm.

Να έχει Βάρος: - 1.2 Κιλά

Μοντέλο FT 1800	
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Μεταβλητή από 33 έως 41 C
Βαθμός προστασίας από την είσοδο υγρών	IPX2
Ακρίβεια θερμοκρασίας	+/- 1.0 C
Προστασία υπερθέρμανσης	42 C / 43 C
Ανίχνευση χαμηλής θερμοκρασίας	32 C
Χρόνος προθέρμανσης	από 20 C έως 36 C περίπου 2 λεπτά
Λειτουργία	συνεχής
Διαστάσεις (W X D X H)	85 X 65 X 175 mm